



校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 204181900
Certificate No.

器具名称: 低温保存箱 (-40℃)
Name of Instrument

型号/规格: DW-40L92
Model/Type

制造单位: 青岛海尔特种电器有限公司
Manufacture

出厂编号: 1-2-BX1
No. of Instrument

委托单位: 吉林省肿瘤医院
Customer

单位地址: 长春市朝阳区湖光路1018号
Address

批准人: 张攀峰
Approved by

核验员: 张进
Inspected by

校准员: 张鸣
Calibrated by

发证单位(专用章)
Issued by (stamp)

校准日期 2019 年 03 月 29 日
Date of Calibration Y M D

地址(Add): 长春市高新区宜居路2699号 (130103)
传真(Fax): (0431)85375162、85304772
电子邮箱(E-mail): jlmpublic@126.com

咨询电话(ConsultTel): (0431)85375162、85375227
监督电话(DirectTel): (0431)85375153、85375165
网址: www.jljly.net



说 明

Directions

证书编号: 204181900

Certificate No.

<p>1. 本证书所出具的数据可溯源到国家计量基准。 All data issued by this certificate are traceable to national standards.</p>				
<p>2. 校准所依据/参照的技术文件(代号、名称): The technological documents referred to in the calibration(code, name): JJF 1101-2003《环境试验设备温度、湿度》校准规范</p>				
<p>3. 校准所使用的主要计量标准器具: The main standard instruments of measurement used in the calibration:</p>				
名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty/Accuracy / Maximum Permissible Error	证书号 Certificate No.	有效期至 Valid to
数字测温表	(-85~300) °C (300~1000) °C	$U=0.3^{\circ}\text{C} \quad k=2$ $U=0.8^{\circ}\text{C} \quad k=2$	900641900	2020-01-09
<p>4. 校准地点: 吉林省肿瘤医院 Location for calibration:</p>				
<p>5. 校准的环境条件: Environmental condition in the calibration: 温 度: 24.0 °C 相对湿度: 37 % Temperature: Relative Humidity:</p>				

注: 1. 本证书封面未加盖校准专用章无效。
Note: This certificate is invalid if not sealed on head page.
2. 未经本院书面批准, 不得部分复制此证书。
This certificate can not be copied partly if not allowed.



校 准 结 果

Results of calibration

1. 测试点分布示意图

. 1
. 2
. 3
. 4

注: 数字表示标准传感器位置

2. 校准结果

设定温度/°C	-40			
被检显示温度/°C	-40			
标准实测温度/°C	1	2	3	4
	-39.4	-39.0	-38.5	-39.7
测量结果的不确定度 U /°C ($k=2$)		0.8		

以下空白。

敬告 (Advice):

1. 在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
While using, Please Calibrate if you doubt the specification with calibration instrument.
2. 被校准仪器修理后, 请立即校准。
Please calibrate after calibrated instrument repaired.