



校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 857522000
Certificate No.

器具名称: 智能温度采集
Name of Instrument

型号规格: YB-HC004-00
Model/Type

制造厂: 青岛海尔特种电器有限公司
Manufacture

器具编号: 00F2 d7bd
No. of Instrument

委托单位: 吉林省肿瘤医院(高新院区)
Customer

单位地址:
Address

发证单位(专用章)
Issued by (stamp)

批准人: 孙俊峰
Approved by

核验员: 何佳融
Inspected by

校准员: 王宇航
Calibrated by

校准日期: 2020 年 12 月 25 日
Date of Calibration: Y M D

地址(Add): 长春市高新区宜居路 2699 号(130103) 咨询电话(Consult Tel): (0431) 85375162、85375227
传真(Fax): (0431) 85375162、85304772 监督电话(Direct Tel): (0431) 85375153、85375165
电子邮箱(E-mail): jlimpublic@126.com 网址: www.jljly.net



说 明

Directions

证书编号: 857522000

Certificate No.

1. 本证书所出具的数据可溯源到国家计量基准。 All data issued by this certificate are traceable to national standards.				
2. 校准所依据/参照的技术文件(代号、名称): The technological documents referred to in the calibration(code, name): JJG874-2007《温度指示控制仪》检定规程				
3. 校准所使用的主要计量标准器具: The main standard instruments of measurement used in the calibration:				
名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy / Maximum Permissible Error	证书号 Certificate No.	有效期至 Valid to
数字测温表	(-85~300) °C (300~1000) °C	$U=0.3^{\circ}\text{C}$ $k=2$ $U=0.8^{\circ}\text{C}$ $k=2$	900792000	2021-01-08
4. 校准地点: 吉林省肿瘤医院(高新院区) Location for calibration:				
5. 校准的环境条件: Environmental condition in the calibration: 温度: 20.5 °C 相对湿度: 35 % Temperature: Relative Humidity:				

- 注: 1. 本证书封面未加盖校准专用章无效。
Note: This certificate is invalid if not sealed on head page.
2. 未经本院书面批准, 不得部分复制此证书。
This certificate can not be copied partly if not allowed.



证书编号: 857522000

Certificate No.

校 准 结 果

Results of calibration

校准点/°C	标准器示值 /°C	被校显示值 /°C	示值误差/°C	测量结果的 不确定度 U / °C ($k=2$)
5.0	5.00	4.8	-0.2	0.5
6.0	6.00	5.8	-0.2	0.5
7.0	7.00	6.8	-0.2	0.5

以下空白。

敬告(Advice):

1. 在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
While using, Please Calibrate if you doubt the specification with calibration instrument.
2. 被校准仪器修理后, 请立即校准。
Please calibrate after calibrated instrument repaired.